

单一来源采购论证会专家意见表

专业人员信息	姓名:	邹丽
	职称:	主任药师
	工作单位:	阳江市妇幼保健院
项目信息	项目名称:	纯水机耗材项目
	供应商名称:	阳江开发区恒友实业有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	本次纯水机耗材采购项目所需购置耗材为阳江市疾病预防控制中心现有设备密理博SR纯水机、Synergys超纯水机、milli-Q Advantage超纯水机专用配套耗材,需与设备原厂技术参数相匹配度高,目前无其他品牌耗材能满足替换需求,该项目符合《政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的情形,建议该项目采用单一来源方式采购。因阳江开发区恒友实业有限公司为本地唯一合法供应商(原厂授权),建议谈判供应商为阳江开发区恒友实业有限公司。	
专业人员签字	邹丽	日期 2025年8月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购论证会专家意见表

专业人员信息	姓名: 杜竹枝
	职称: 高级工程师
	工作单位: 贵阳市工程医院
项目信息	项目名称: 纯水机耗材项目
	供应商名称: 贵阳开发医院设备有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 贵阳市工程医院信息中心现有设备宝理博SR纯水机, Synergy VV 超纯水机 Milli-Q Advantage 超纯水机等。因购置时间且使用时间较长, 其中设备耗材急需更换。经调研, 目前市场上品牌(非原厂)耗材能满足替换需求, 该型号符合政府采购目录第一类第一类物资“只能从唯一供应商处采购”的情况。建议采用原厂单一来源方式采购。因贵阳开发医院设备有限公司为贵阳市工程医院纯水机耗材的供应商, 建议采购该品牌耗材。建议采购贵阳开发医院设备有限公司。
专业人员签字	杜竹枝 日期: 2025年8月6日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购论证会专家意见表

专业人员信息	姓名:	王作平
	职称:	主任技师
	工作单位:	南通市第一人民医院
项目信息	项目名称:	纯水机耗材项目
	供应商名称:	南京菲思医疗器材有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 5级纯水机采用反渗透技术加活性炭技术,耗材内置每套系统,该厂家耗材将设备锁定,导致系统停机,该厂家耗材设备运行参数深受影响,直接关系产水纯度(可达支原体、细菌等),设备寿命及数据追踪功能。第三该耗材存在兼容性风险,可能引发设备故障,仪器故障不仅影响效率,根据《政府采购三十一条》,符合唯一供应商条件,建议采用单一来源采购方式,不高于原采购价。	
专业人员签字	王作平	日期 25年 8月 6日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。